

HI3834/HI38039/HI38040/HI38041 二价铁、三价铁快速检测化学测定组

铁在自然水体中含量很低，水体污染会使铁含量上升。市政水中铁含量过高会影响水质口感，破坏管网。在锅炉和加热系统中，铁常用作管道和设备腐蚀情况的指标。另外矿业废水中也需严格监测铁的含量。



型号	HI3834 二价铁、三价铁快速检测化学测定组	HI38039 二价铁、三价铁快速检测化学测定组	HI38040 二价铁、三价铁快速检测化学测定组	HI38041 二价铁、三价铁快速检测化学测定组
方法类型	比色法	比色盘	比色盘	比色盘
测量范围	0-5 mg/L (ppm)	0.00-1.00 mg/L (ppm)	0.0-5.0 mg/L (ppm)	0.0-10.0 mg/L (ppm)
最小增量	1 mg/L (ppm)	0.02mg/L (ppm)	0.1mg/L (ppm)	0.2mg/L (ppm)
测量方法	邻二氮杂菲	邻二氮杂菲	邻二氮杂菲	邻二氮杂菲
预测次数	50 次	100 次	100 次	100 次